

Załącznik 2 Specyfikacja techniczna urządzenia AED

1. Koszt urządzenia do 4000 tys zł brutto/ sztukę
2. Urządzenie z możliwością defibrylacji dzieci i osób dorosłych bez konieczności zmiany elektrod
3. Trwałość baterii przynajmniej 5 lat
4. Urządzenie z instrukcją głosową w j. polskim
5. Doradca RKO
6. Automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków

Załącznik 3 Specyfikacja techniczna tablic AED

Tablice kierunkowe

1. Tablica 2 stronna
2. Wzór zgodny z ikonografią światową organizacji ILCOR
3. Wykonanie przynajmniej 50 tablic kierunkowych wraz z odpowiednimi mocowaniami

Tablice z instrukcją obsługi AED

- 1) Tablica z informacjami zgodnymi z ERC 2015 r.
- 2) Wymiar tablicy przynajmniej 40 cm x 50 cm

Załącznik 4 Specyfikacja techniczna skrzyni zewnętrznej na AED

1. Szafka dopasowana do wybranego modelu AED
2. Szafka wyposażona w moduł grzewczy
3. Szafka wyposażona w moduł alarmowy

Załącznik 5 Specyfikacja techniczna ulotki informacyjnej

1. Nakład przynajmniej 3000 sztuk
2. Ulotka zawiera instrukcję pierwszej pomocy z użyciem AED
3. Ulotka zawiera informację czym jest AED i w jakim celu się go używa
4. Ulotka zawiera Mapę rozmieszczenia AED na terenie Miasta Szczecinek
5. Ulotka zawiera informację finansowaniu projektu z budżetu obywatelskiego
6. Ulotka zawiera informację o nr. Alarmowych
7. Wzór ulotki musi być skonsultowany z czynnym zawodowo RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

Koć

Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Armii
Krajowej

46) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości
od umieszczonego urządzenia AED

ul. Armii Krajowej

47) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości
od umieszczonego urządzenia AED

ok. 100 m od umieszczonego AED

48) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości
od umieszczonego urządzenia AED

ok. 500 m od umieszczonego AED

49) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości
od umieszczonego urządzenia AED

ul. Młyńska

50) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości
od umieszczonego urządzenia AED

ok. 100 m od umieszczonego AED

KOU

	<p>ul. Ordon 31) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. 3-go Maja okolice parafii pw. NMP</p>
Kino Wolność	<p>32) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Mickiewicza okolice wyciągu nart wodnych 33) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Limanowskiego 34) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Wyszyńskiego/Kamińskiego 35) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Wyszyńskiego/Pileckiego</p>
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<p>36) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED okolice toru do Runmagedonu 37) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Piłsudskiego okolice parafii pw. Ducha świętego 38) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Mickiewicza okolice początku trasy Parkrun 39) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 100 m od umieszczonego AED 40) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 500 m od umieszczonego AED 41) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Mickiewicza okolice Urzędu Skarbowego</p>
Budynek hali sportowej przy ulicy Jasnej 2	<p>42) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Kościuszki 43) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Ordon 44) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED okolice centralnego placu zabaw 45) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED okolice Blackrocklris Pub</p>

Kor

	<p>odległości od umieszczonego urządzenia AED Targowisko Miejskie 15) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości ok. 100 m od umieszczonego urządzenia AED 16) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 100 m od umieszczonego AED 17) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 500 m od umieszczonego AED</p>
Budynek Szkoły Podstawowej nr 7	<p>18) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED przy budynku fundacji „Przystań” 19) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Krakowska 20) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Polna 21) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 100 m od umieszczonego AED 22) Tablica kierunkowa oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok.500 m od umieszczonego AED</p>
Okolice placu Wolności (budynek centrum informacji turystycznej)	<p>23) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED Plac Wolności 24) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Zamkowa 25) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Bartoszewskiego 26) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Bohaterów Warszawy 27) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. 1-go Maja</p>
CK Zamek	<p>28) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Sowińskiego 29) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Limanowskiego 30) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED</p>

KoC

Załącznik 1 Proponowane miejsca umieszczenia tabliczek kierunkowych AED

Lokalizacja AED	Proponowane lokalizacje tablic (podane miejsca mogą ulec zmianie, ilość tablic przypisana do jednego urządzenie może zostać zmieniona)
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1	1) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Piłsudskiego 2) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Klasztorna 3) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 100 m od umieszczonego AED 4) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 500 m od umieszczonego AED
Okolice parafii pw. św. Franciszka	5) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Bukowa/Pilska 6) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Bukowa/Cisowa 7) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 100 m od umieszczonego AED 8) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 500 m od umieszczonego AED
Budynek MOPS ul. Wiejska 4	9) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Słowiańska 10) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Słowiańska 11) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 100 m od umieszczonego AED 12) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ok. 500 m od umieszczonego AED
Budynek Szkoły Podstawowej nr 6	13) Tablica kierunkowa z oznaczeniem odległości od umieszczonego urządzenia AED ul. Cieślaka 14) Tablica kierunkowa z oznaczeniem

Ko6